

# 烟台高新技术产业开发区医院重症监护室医疗设备采购更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：SDGP370699202102000067

原公告的采购项目名称：重症监护室医疗设备采购

首次公告日期：2021年10月11日

## 二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

原招标文件内容：

5.4投标文件递交截止时间：2021年11月02日09时00分（北京时间）

5.5开标时间：2021年11月02日09时00分（北京时间）

B包呼吸机参数：

※1.3屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

※2.2自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SI MV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、PSV-S/T,心肺复苏通气CPRV。

※2.7氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度。

现变更为：

5.4投标文件递交截止时间：2021年11月09日14时00分（北京时间）

5.5开标时间：2021年11月09日14时00分（北京时间）

B包呼吸机参数：

※1.3屏幕显示：≥3道波形同屏显示，≥2种环图。

2.2自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、PSV-S/T,心肺复苏通气CPRV。

2.7整条参数删除

更正日期：2021年10月21日

### 三、其他补充事宜

无

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名 称：烟台高新技术产业开发区医院

地 址：莱山区农大东路与海澜路交叉口西北100米

联系方式：0535-3942986

#### 2. 采购代理机构信息

名 称：山东招标股份有限公司烟台办事处

地 址：烟台市莱山区新苑路5号烟台市环保局东附楼321室

联系方式：0535-6094261

### 3. 项目联系方式

项目联系人：张艳萍

电 话：0535-6094261

发布人：山东招标股份有限公司烟台办事处

发布时间：2021年10月21日