

政府采购需求方案

项目名称：山东省烟台市莱阳市残疾人联合会残疾人辅具服务

招标单位：莱阳市残疾人联合会

采购编制时间：2024 年 11 月

一、项目概况及预算情况

1、项目概况：本项目为山东省烟台市莱阳市残疾人联合会残疾人辅具服务，共 3 个包。投标人须对所投内容全部响应，报价若有遗漏则视为对招标人让利，投标人均应免费提供。

2、采购预算：本项目政府采购预算为人民币壹佰肆拾伍万元整(¥1450000.00 元)，其中，第一包采购预算为人民币玖拾万零贰佰元整（¥900200.00 元），第二包采购预算为人民币贰拾万元整（¥200000.00 元），第三包采购预算为人民币叁拾肆万玖仟捌佰元整（¥349800.00 元）；其中，各适配器具的采购预算单价详见采购内容；总报价及各适配器具单价超过采购预算的将按无效报价处理。

二、采购标的具体情况：

第一包：一般辅具服务适配器具

序号	产品名称	技术参数	综合单价 (元)	数量
1.	普通轮椅	1、产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅》国家标准。 2、规格尺寸：长度≤120cm，宽度≤70cm，高度 85cm，座宽 50cm，座深 46cm，背高 33cm，扶手高度 19cm，载重 100kg 以上； 3、产品可以折叠，带座便器； 4、手动四轮，驱动方式采用手直接驱动后轮式； 5、前轮直径为 160MM，后轮直径为 575MM 实心或充气轮胎，配手驱动圈； 6、车圈左右径向 1.46mm，左右端面 1.48mm； 7、手圈左右径向 7.18mm，左右端面 3.26mm； 8、静态稳定性（纵向前倾/纵向后倾）10°，静态稳定性（侧倾）15°； 9、驻坡性能 9°； 10、滑行偏移量 260mm； 11、最小回转半径 740mm； 12、需提供国家食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心的检验报告。	602.00	715 台
2.	防褥疮床垫(含气泵)	1、波动睡眠功能； 2、PVC 加厚面料且不滑动，波动睡眠功能舒适静音，透气； 3、加厚面料，抑制细菌，承载力大，单条气囊可更换、不移位和滑动； 4、平铺尺寸为：≥93*200cm，充气后≥85*185cm； 5、≥22 条独立气囊； 6、充气流量≥6L/min； 7、波动循环周期为 12 分钟； 8、承重≥135KG； 9、气泵质保期≥1 年（1 年内出质量问题换新）；	202.00	278 张

3.	助行器	1、框架高度（mm）：350-1100。 2、手柄套宽度（mm）：20-50。 3、支脚垫底部直径（mm）：≥35。 4、框体材质及管材参数：框体应采用铝合金材质，表面阳极氧化处理，管材直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。 5、手柄套材料：手柄套应采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。 6、支脚材料：支脚材料应耐磨和软硬适度，与地面接触时有较高摩擦系数并能防滑，且不应产生吸合现象。 7、材料及表面处理：为了便于清洁，材料及表面处理的选用应耐碱性清洁剂或酒精。 8、承重要求：≥100kg。	203.00	200台
4.	腋杖	1、规格：约110-132cm，高度可调； 2、不锈钢材质，主要部件由不锈钢管、板配合使用制成，既轻便又牢固。表面光滑平整，色泽均匀，采用按钮调节，方便快捷，牢固可靠； 3、各零部件配合严密、牢固，正常使用无异响，腋托套采用EVA环保发泡材料，弹性好，抗老化；不吸水，不退色，易清洗；防滑拐头； 4、要求规定值：底部直径≥42mm，底部（除去凹槽或凸起）的厚度应19mm； 5、高度调节弹簧销应双侧安装，弹出高度应3.5mm；	205.00	80副
5.	多脚手杖	1、规格尺寸：高度680-890mm，主材壁厚1.2mm。 2、主要部件由不锈钢管、板配合使用制成，既轻便又牢固。表面光滑平整，色泽均匀，无拉痕、麻点、起泡、脱落、露底等不良现象。 3、手把采用工程塑料注射成形，强度大，抗老化，不吸水，不退色，易清洗，其外形与握拳内形基本吻合，安全舒适。 4、立杆处于中心位置，（向内稳定性能1.5度，向外稳定性能4.0度）底板形状为内外弧结合与四脚外形匹配相符，圆润协调，支脚垫选用耐磨材料，软硬适度，底面设有防滑槽并不产生吸合现象。支脚垫与四脚配合紧密，无脱落现象发生。 5、高度可以调节，适合1.55-1.80m人群使用。 6、采用按钮调节，方便快捷，牢固可靠。	70.10	120支
6.	单脚手杖	1、规格尺寸：高度640-860mm。 2、主要部件由不锈钢制成，既轻便又牢固，表面光滑平整，色泽均匀，无拉痕、麻点、起泡、脱落、露底等不良现象。 3、手把采用工程塑料注射成形，强度大，抗老化，不吸水，不退色，易清洗，其外形与握拳。 4、支脚垫选用耐磨材料，软硬适度，底面设有防滑槽并不产生吸合现象。 5、支脚垫与铝管配合紧密，无脱落现象发生。 6、采用按钮调节，方便快捷，牢固可靠。 7、各零部件配合紧密、牢固，正常使用无异响。	60.35	40支
7.	盲杖	1、长度（mm）：900-1200。 2、重量（kg）：≤0.6。 3、手柄长度（mm）：≥200。 4、杆体材质：杆体应采用铝合金材质，表面阳极氧化处理。 5、手柄材质：手柄应采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。 6、腕带材质：腕带应采用弹性尼龙织带，易于更换。	102.00	104支


8.	护理床	<p>1、规格：1980*900*500mm。可满足背部折起角度：0~70（±5%）度。</p> <p>2、材质：①床框采用国标方管 80*40*1mm，床腿采用 40*40*1mm 方管焊接，各部位连接根据人体力学设计，支点位置准确，焊接牢固，科学可靠。②床面采用 15*30*0.8mm 方管焊接，排列紧致有序，抗拉抗压能力强。</p> <p>3、喷涂：涂料采用抗菌粉末，能够抵抗≥99.99%大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌。</p> <p>4、护栏：①不锈钢折叠式护栏，可收缩平放，五档支柱，锌铝合金手柄，整体牢固可靠，使用寿命长。②单式按键快速定位，保险开关，安全高效。③护栏放下时略低于床垫，防止床垫移位的同时具备防夹手功能，整体结构合理，坚固耐用。④外观简洁，美观大方。</p> <p>5、ABS 床头，采用原材料一次成型，抗拉强度及抗冲击强度好，表面光滑，无尖锐棱角，安全系数高，可有效防护卧床及护理人员，避免滑割磕碰危险。</p> <p>6、摇把：采用不锈钢摇把，可折叠，节约空间。单组优质摇杆，可灵活调节患者背部体位。</p> <p>7、输液架：双段式设计，操作灵活；采用 304 不锈钢；对称式双挂钩，满足临床需要。</p> <p>8、床垫规格：6cm 与床配套，采用 40mm 椰丝棕片和 20mm 高温高压处理、高密度、高弹性海绵，外罩采用防水牛津布，防水易擦拭、有透气性。</p> <p>9、静音轮：采用聚氨酯轮和高强度轴承，有良好的耐磨性及抗压性能，静音耐用，360 度方向调节，固定刹车，方便可靠。</p>	802.00	285 张
9.	座便椅	<p>1、座宽（mm）：≥450。</p> <p>2、座深（mm）：≥400。</p> <p>3、座高（mm）：300-600 范围内可调节。</p> <p>4、便盆容积（mL）：≥1000。</p> <p>5、椅架材质及管材参数：椅架应采用优质钢或铝合金材质，表面阳极氧化处理，管材直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。</p> <p>6、厕板、便盆材料：厕板、便盆应采用优质塑料材料，对人体无毒、无害、无异味、易于清洁。</p> <p>7、承重要求：≥100kg。</p>	302.00	55 个
10.	电子臂式 血压计	<p>1、显示方式:语音、数字式</p> <p>2、测量方式:臂式</p> <p>3、测量范围:压力 0mmhg~280mmhg</p> <p>4、脉搏数:精度为±5%</p> <p>5、电源:5 号干电池 4 节(DC6V)</p> <p>6、使用温湿度:+5℃~+40℃，15%RH~，90%RH</p>	450.00	180 台
11.	语音电 饭煲	<p>1、产品组成:盲文语音电饭煲应由机体、发热盘、内胆、蒸屉、饭勺、量杯、电源线、提手组成:机体侧面、发热盘和内胆应为金属材质，蒸屉应为塑料材质。</p> <p>2、外观要求:电饭煲应表面光滑，无锐边、刃口、毛刺等缺陷。</p> <p>3、功能要求:(1)电饭煲应有数码显示屏。(2)电饭煲按键接触部位应有凸点盲文标识。(3)电饭煲通电、开始、取消、功能选择、烹饪结束应有语音提示。(4)电饭煲控制面板上应有“开始”、“保温/取消”、“功能”、“预约”、“+”、“-”6 个按键。(5)电饭煲应有煮饭、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕 6 种工作模式。(6)电饭煲应有预约定时功能。(7)电饭煲应有保温功能。</p> <p>4、高温断电保护、电压过低保护，使用更安全，无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等外事故的发生，环保不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁，不污染空气。</p> <p>5、电气参数:电压:220V、频压:50HZ，功率:900W，能效特级:3 级及以上。</p> <p>6、容量:≥5L,且有操作手把老年人和视力障碍人士更容易使用。</p> <p>7、产品执行标准:GB4706.1-2005 和 GB4706.29-2008;</p>	450.00	20 个

第二包：假肢服务适配器具

序号	产品名称	技术参数	综合单价 (元)	数量
1.	大腿假肢	<p>主要包含：可旋阴三爪、镁合金四连杆气压膝关节、可调铝合金一体管、单叉动踝关节、单孔动踝脚。</p> <p>一、可旋阴三爪</p> <p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、自重≤185g；适用体重≤100kg；</p> <p>3、零部件组件每套独立包装；</p> <p>4、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；</p> <p>5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准要求；</p> <p>二、镁合金四连杆气压膝关节</p> <p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、自重≤690g，适用体重≤100Kg；</p> <p>3、最大屈膝角度不小于 150 度；</p> <p>4、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；</p> <p>5.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；</p> <p>6、符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准要求；</p> <p>三、可调铝合金一体管</p> <p>1、材质：一体化连接管为铝合金材料，管接头为不锈钢材料；</p> <p>2、自重≤295g，适用体重≤100kg；</p> <p>3、铝合金管长度≥420mm,管壁厚≥2mm，管外直径 30mm；管接头为不锈钢材质，两者连接牢固，不松动，配套 M8 紧定螺丝 4 个；</p> <p>4、零部件组件每套独立包装；</p> <p>5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；</p> <p>四、单叉动踝关节</p> <p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、自重：规格为 21-25 码，自重≤280g，规格为 26-30 码，自重≤285g,适用体重≤100kg；</p> <p>3、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；</p> <p>4、适用于 21cm-30cm 的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节；</p> <p>5、零部件组件每套独立包装；</p> <p>6、符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准要求；</p> <p>五、单孔动踝脚：</p> <p>1、规格为 21cm-30cm，由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，分为左右脚，并能进行左右及号码的调换；</p> <p>2、每件须独立包装。</p>	5200.00	20 条

2.	小腿假肢	<p>主要包含：方锥阳四爪、锁紧管接头、可调铝合金一体管、单叉动踝关节、单孔动踝脚</p> <p>一、方锥阳四爪</p> <p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、自重≤100g；适用体重≤100kg；</p> <p>3、零部件组件每套独立包装；</p> <p>4、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；</p> <p>5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准要求；</p> <p>二、锁紧管接头</p> <p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、自重≤115g，适用体重≤100kg；</p> <p>3、零部件组件每套独立包装；</p> <p>4、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管内直径为 30mm、配套 M8 紧定螺丝 4 个，M6 连接螺丝 1 个；</p> <p>5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准要求；</p> <p>三、可调铝合金一体管</p> <p>1、材质：一体化连接管为铝合金材料，管接头为不锈钢材料；</p> <p>2、自重≤190g，适用体重≤100kg；</p> <p>3、铝合金管长度≥220mm，管壁厚≥2mm，管外直径 30mm；管接头为不锈钢材质，两者连接牢固，不松动，配套 M8 紧定螺丝 4 个；</p> <p>4、零部件组件每套独立包装；</p> <p>5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准要求；</p> <p>四、单叉动踝关节</p> <p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、自重：规格为 21-25 码，自重≤280g，规格为 26-30 码，自重≤285g，适用体重≤100kg；</p> <p>3、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；</p> <p>4、适用于 21cm-30cm 的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节；</p> <p>5、零部件组件每套独立包装；</p> <p>6、符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准要求；</p> <p>五、单孔动踝脚</p> <p>1、规格为 21cm-30cm，由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，分为左右脚，并能进行左右及号码的调换；</p> <p>2、每件须独立包装。</p>	3200.00	30 条
----	------	--	---------	------

第三包：助听器适配器具

序号	品 名	技术参数	综合单价 (元)	数量
1	 助听器	1、类别：BTE 耳背机超大功率； 2、等效输入噪音：26dbspl； 3、高频平均增益：76db±5； 4、适配范围≤120db； 5、频率范围：100-8000Hz； 6、平均饱和声压级：144dbspl； 7、纳米涂层； 8、通道数 6、声音档位 4。 9、电池 675#。	2200.00	159 个

说明：以上各适配器具的综合单价均为全费用综合单价，包括设计、外购、外协、配套件、原材料及生产制造、油漆、包装、保险、税费（进口部分还要包括关税、商检、手续费等）、相关手续费、安装施工、管理、检验、运杂、装卸车、安装调试、系统集成、培训、配合、检验检测、验收、图纸资料、软件、

技术服务、售后服务、适配服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。

注：（1）以上技术要求仅供参考，投标人投标时须填写技术规范偏离表。货物清单不得变更。

（2）本项目不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（3）**核心产品：第一包核心产品为普通轮椅、第二包核心产品为小腿假肢、第三包核心产品为助听器。**本项目中提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（4）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）和山东省财政厅、山东省发展和改革委员会，山东省生态环境厅、山东省市场监督管理局转发《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的通知（鲁财采[2019] 39号）的规定，招标人购买的产品属于品目清单强制采购范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（含附件），并提供认证产品查询结果当前页截图或具体查询网址，否则其投标将被拒绝。（强制采购产品必须列明品牌、型号）。

三、样品要求：

1、投标人须在投标文件递交截止时间前，按招标文件要求向招标人、代理机构提交以下样品：第一包**普通轮椅**样品一件、第二包**小腿假肢**样品一件、第三包**助听器**样品一件。

2、投标人的样品密封及递交要求：投标人应将样品包装完好并密封，在外包装正面注明项目编号、项目名称、投标人名称，在封口处注明“于____年____月____日__（北京时间）之前不准启封”字样，并加盖单位公章；递交样品截止时间：同投标文件递交截止时间；递交地址：烟台市公共资源交易中心莱阳分中心（莱阳市政务服务中心五龙南路93号六楼）；联系电话：0535-7236332；逾期送达的或者未送达指定地点的、未按招标文件要求密封的样品不予接受。

3、投标人提供的样品不得出现单位标识，评标结束后，未中标单位的样品

由投标人自行运回；中标单位的样品按招标人指定地点进行封存。

四、适配服务要求：

（一）服务内容

1、服务管理：投标人需在项目签订合同后申报莱阳市残联定点服务机构，被确定后方可按要求实施辅具适配服务工作；实行“属地、动态、协议”管理制度，与莱阳市残联签订服务协议，对服务期间出现的辅具使用安全和纠纷以及造成不良影响事件负全责。

2、投标人在莱阳市残联业务指导下开展工作，按年度残联辅具服务文件和基本型辅具适配补贴目录（试行）要求，提供相关的残疾人辅具适配服务，落实精准评估、精准适配、技术指导、售后服务等相关工作，满足残疾人常态化、精准化、专业化、制度化的“四化服务”辅具需求，同时完成莱阳市残联下达的临时指令性任务。

3、投标人开展辅助器具适配服务的人员须取得相应的从业资格，实行“资格认证、持证上岗”，精准适配的服务工作完毕后，应对残疾人进行使用适应性训练服务。

4、投标人须按照招标人要求做好日常的档案管理，搞好年度辅具救助适配服务的信息汇总，档案资料留存齐全，并上报给莱阳市残联。

5、投标人的售后服务内容应包括（但不限于）建立回访工作机制，享受辅具救助的残疾人年度回访率达到 80% 以上，填写残疾人辅具适配补贴回访登记表，对残疾人使用辅助器具的效果进行评估，征询意见，跟踪服务。

（二）服务原则

1、投标人应恪守“依法依规、独立公正、科学有效”的原则，开展受托工作，接受招标人的监督和检查。

2、投标人应独立完成委托工作，未经招标人允许，不得以任何形式将委托任务转包或分包；不得无故不接受委托服务任务或者中途中止服务。

（三）建立残疾人辅助器具适配服务体系

1、投标人需安排 1-2 名工作人员，负责为本辖区有辅助器具适配要求的残

疾人的咨询、需求，协调安排适配师进行评估适配、适配后服务、按要求完成相关程序内容的填报等工作。

2、投标人需配备适配车辆。保证人员和辅助器具按适配要求及时配置到位，保证服务的时效性。

3、投标人应配备贮存相应数量辅助器具的仓库、市区展厅和办公室。保证辅助器具时效需求，供有适配需求的残疾人和亲属进行选择 and 现场适配，以及工作人员对全市的辅助器具适配工作的安排和协调。

4、投标人需配备适配师和负责人。确保及时快捷地根据适配需求残疾人的情况进行评估和精准适配，以及完成对适配后相关服务、回访、维修、更换、调整、协调等工作。

（四）完善残疾人辅助器具适配服务工作流程

1、制定残疾人辅助器具适配服务工作实施方案。

2、投标人必须按要求做到产品正规合格，适配精准安全，服务热情周到。同时要在招标人业务指导下，落实精准评估、精准适配、精准康复系统录入、资料归档、售后服务等相关工作，按要求完成招标人下达的指令性任务。

3、评估、适配。实行辅助器具适配师须具有相关工作经验能力，“资格认证、持证上岗”。

投标人辅助器具适配师按照残疾人拟享受辅助器具适配补贴的种类，精准评估、确保精准适配。

4、动态服务。投标人以满足残疾人动态化需求为出发点，随时开展残疾人辅助器具适配，同时做好辅助器具适配补贴的信息汇总，档案资料留存齐全，报招标人审核并备案。

5、问题解决。投标人工作人员，要积极解决评估适配中碰到的疑难问题。辅助器具交付残疾人后，投标人应对残疾人进行使用适应性训练。

6、回访、监管。投标人要建立回访工作机制，辅助器具交付残疾人使用 3 个月内，投标人须安排专业人员进行回访，对残疾人使用辅助器具的效果进行评估，征询意见，跟踪服务。招标人定期组织人员进行抽查，履行监管、服务的职责。

7、建档、录入系统

招标人、投标人按照相关要求分别建档，由机构将残疾人辅助器具适配信息，及时录入残疾人康复服务系统。

8、监督检查

对残疾人在申请辅助器具适配补贴中弄虚作假、骗取补贴等违规行为，一经发现，取消辅助器具补贴资格，追回已补贴适配的辅助器具，三年内不予享受辅助器具补贴优惠政策。参与弄虚作假、骗取补贴等违规行为的服务机构，除解除合作协议外，依照相关规定追究其法律责任。

（五）售后服务及响应时间

（1）在货物质保期内，投标人应对由于设计、工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（2）供货后三个月内货物若出现重大质量问题，招标人有权终止合同。

（3）质保期内，按照国家标准和行业规范实行售后“三包”。

（4）不论质保期内外，如货物出现故障，投标人均须即时响应，最迟在 4 小时内到达现场，24 小时内处理完毕。若故障检修一个工作日后仍无法排除的，投标人应在故障报修两个工作日后一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供受助者使用，直至原产品故障排除为止。

（5）对于一些重大故障，如投标人不能在承诺时间内修复故障，招标人有权请其他第三方专业服务公司进行维修，该费用由投标人承担。

（6）本项目采购货物由原厂家提供售后服务。所有货物须由原生产厂家提供免费质保期内硬件现场 7×24 小时服务。质保期内所有货物及所含配件免费上门整机硬件保修。免费质保期间的维修、维护服务不得收取任何额外的费用并提供免费的备品备件服务，在货物使用期限内提供易损件和维修所需其它元件材料。质保期后维修只收零配件成本费（不得高于同类同质产品的市场价），其他任何费用不得收取，终身保修，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。

（7）投标人应提供及时周到的售后服务，投标人提供现场技术培训，负责对货物使用人员、维修人员等进行相关培训，并提供培训合格报告书。

(8) 产品使用过程中如出现产品质量问题或与采购需求不符等问题，投标人必须无条件给予更换。

(9) 所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该投标人负全责。

(10) 质量保证：货物应为原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。应附关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(11) 所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

(12) 招标人有在货物制造/安装过程中派员监督的权利，投标人有义务为招标人监督人员行使该权利提供方便。

(13) 投标人提交的货物必须按国标、部标或行业标准要求制造、验收；需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。投标人应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损地运抵合同规定的供货地点，并进行安装。对不符合本条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响招标人就其损失向投标人索赔的权利。

四、项目实施团队要求

1、投标人应明确拟委派的项目部负责人和其他的专业人员。

2、项目部组成人员不得随意更换，如遇到特殊原因需要更换须书面征得招标人的同意，且更换人员技术资历与工作经验须与原工作人员相当，招标人同意后方可变更，否则按违约处理，招标人有权单方面解除本项目合同。

3、项目部组成人员须具有良好的职业道德和较强的协调沟通能力，具有较强的工作责任感和敬业精神、身体健康；熟悉相关法律法规和业务知识，没有违纪违法等不良记录。

五、验收要求

1、中标单位须全力配合招标人完成项目验收。

2、中标单位须严格按照国家现行的相关规范、规程、标准进行适配服务。

3、招标人将按照招标文件、中标单位投标文件、合同条款及相关政策法规的有关要求进行验收。

六、其他要求

1、中标单位须提供适配场地，并符合无障碍、消防安全等规范要求，具备提供适配服务所必需的设施、人员和专业技术能力，具有健全的内部管理和财务管理制度等。

2、本项目按国标、部标或行业标准要求制造、验收。

3、投标人须保障所提供服务应不存在任何权利上的瑕疵，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

4、投标人在服务期限内，相关服务人员因执行本项目出现的伤亡或在服务中造成他人人身伤亡、财产损失或服务期限中违反国家相关法律法规，因过失造成他人人身伤亡的，均由投标人负责处理，招标人均不予承担任何责任。

注：1、以上技术要求为本项目的基本要求，投标人可选用相当于或优于以上技术要求的服务，同时填写技术规范偏离表。

2、服务内容不得变更。

3、本项目兼投不兼中，按照标包顺序依次确定中标单位（若某投标人在第一标包中排名第一，则其将退出其余标包评审，以此类推）。

七、需满足的采购政策要求

1、招标人购买的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理范围内的产品，投标人应符合《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，依据品目清单和认证证书投报政府优先采购和强制采购产品，投标人所报产品属于品目清单范围的，须提供有效期内的节能环保产品证书原件，并且提供的节能环保产品须在中国政府采购网节能环保信息查询平台中可查询到，对于其中同时列入“节能产品、环境标志产品品目清单”的产品，优先于只获得单项节能认证的产品。

2、**促进中小企业、发展原则：**依据财政部、工信部发布的《政府采购促进

中小企业发展管理办法》、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定，本次政府采购活动专门面向中小企业采购；本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的工业行业。

3、支持监狱企业发展原则：依据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，如投标人为监狱企业，视同小型、微型企业，享受预留份额或价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

4、促进残疾人就业的原则：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额或价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

八、项目的供货安装期、供货地点、付款方式等：

1、供货安装期：自接到招标人通知后 20 日历天内供货安装调试完毕。投标人可提供更快的供货期。

2、供货地点：招标人指定地点。

3、付款方式：本项目为预采购，政府采购合同签订生效并具备实施条件 5 个工作日内支付合同总额的 30%作为预付款，项目验收合格后凭发票、验收报告单支付至合同价款的 80%，余款验收合格满一年后一次性无息付清。具体支付时间以财政资金到位为准。

4、保险：本项目交接验收前发生的任何损失由投标人自行承担，投标人自行考虑是否对所提供货物、服务或工程进行保险。

九、项目其他相关要求：

1、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标人除须满足本技术文件中所提的各项要求外，应同时满足国家最新规范和标准的各项要求。

2、质量要求：按国家法律、法规、政策性、规范性文件要求执行。

3、风险控制：投标人必须完成所有相关设备的供货、搬运等相关工作，提供所有供货、搬运所需的设备及辅材，要求达到安全及相关规范。总报价即为交付使用的价格。总报价包括设计、外购、外协、配套件、原材料及生产制造、油漆、包装、保险、税费（进口部分还要包括关税、商检、手续费等）、相关手续费、安装施工、管理、检验、运杂、装卸车、安装调试、系统集成、培训、配合、检验检测、验收、图纸资料、软件、技术服务、售后服务、适配服务、政策性文

件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。

本项目为预采购项目，存在项目有暂停或终止的风险，投标人在参与本项目投标、报价过程中须充分考虑预采购项目的风险，后期因项目暂停或终止产生的损失由投标人自行承担。

十、项目联系方式

招标单位：莱阳市残疾人联合会

联系人：陶学松 电 话：0535-3360853

地 址：莱阳市旌旗东路 68 号