

# 政府采购项目需求方案

采购单位：烟台市蓬莱中医医院

采购代理机构：逸臣工程咨询有限公司

项目名称：电子消化道内窥镜采购

编制时间：2024 年 10 月

## 一、项目概况及预算情况

本项目为电子消化道内窥镜采购，共一个标包，供应商须对所报的采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。

本项目政府采购预算为：本次政府采购的采购预算为人民币 170.00 万元；报价超过采购预算的将按无效报价处理。

## 二、采购标的具体情况

本项目为电子消化道内窥镜采购，共一个标包，供应商须对所报的采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。

## 三、质量标准：

按国标、部标或行业标准以及国家有关部门最新颁布的相应正式标准和合同要求供货及验收。

## 四、设备名称及相关要求

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	电子 上消化 道内窥 镜（允 许采 购进 口产 品）	1. 先端部外径 $\leq 9.9\text{mm}$ , 插入部外径 $\leq 9.9\text{mm}$ 2. 钳子管道内径 $\geq 3.2\text{mm}$ 3. 弯曲角度上 $\geq 210^\circ$ 下 $\geq 120^\circ$ 左 $\geq 100^\circ$ 右 $\geq 100^\circ$ 4. 视野角 $\geq 140^\circ$ 5. 具有附送水功能 6. 具有 HDTV 高清图像 7. 景深 $\geq 3\text{--}100\text{mm}$ 8. 具有一键插拔功能，全镜身防水，无需防水帽 9. 具备 NBI 或 OE 或激光功能，早癌筛查功能	条	2
2	电子 结肠 内窥 镜（允 许采 购进 口产 品）	1. 先端部外径 $\leq 12.2\text{mm}$ , 插入部外径 $\leq 12.0\text{mm}$ 2. 钳子管道内径 $\geq 3.2\text{mm}$ 3. 弯曲角度上 $\geq 180^\circ$ 下 $\geq 180^\circ$ 左 $\geq 160^\circ$ 右 $\geq 160^\circ$ 4. 视野角 $\geq 170^\circ$ 5. 具有附送水功能 6. 具有硬度可调功能 7. 具有智能弯曲功能	条	2

		8. 具有力的强传导功能 9. 具有 3 条导光束 10. 具备 NBI 或 OE 或激光功能，早癌筛查功能 11. 具有一键插拔功能，全镜身防水，无需防水帽 12. 有效长度 $\geq 1680\text{mm}$		
--	--	---	--	--

注：

（1）以上参数仅供参考，供应商可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写技术规范偏离表。

（2）设备清单不得变更。

（3）本项目接受进口产品报价，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）采购人购买的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理范围内的产品，供应商应符合《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书投报政府优先采购和强制采购产品，供应商所报产品属于品目清单范围的，需提供有效期内的节能环保产品证书原件或复印件加盖公章，对于其中列入“强制采购的节能产品品目清单”的产品，必须提供有效期内的节能环保产品证书原件或复印件加盖公章，否则其报价将被拒绝。

**七、需实现的功能或者目标：**烟台市蓬莱中医医院电子消化道内窥镜采购。

**八、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**按国标、部标或行业标准以及国家有关部门最新颁布的相应正式标准和合同要求供货及验收。

**九、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：** /。

**十、需满足的采购政策要求：** /。

本项目按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件规定，按工业划型标准确定企业类型

**十一、本项目的特定资格要求：** /。

**十二、供货安装期：**接到采购人通知之日起15个日历天内供货、安装、调试完毕，供应商可提供更快的供货安装期。

**供货地点：**采购人指定地点。

**十三、质保期：**自项目验收合格之日起 2 年。（若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定，供应商可提供更优惠的质保期）。

#### **十四、项目联系方式**

采 购 人：烟台市蓬莱中医医院

地址：烟台市蓬莱区南环路 132 号

联系人：龙夫刚

电话：0535-5618769

采购代理机构：逸臣工程咨询有限公司

地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 300 号业达智汇谷孵化器 A2 楼

联系人：林璐

联系电话：0535-6907271

邮箱：yichenzhaobiao@126.com