

龙口市卫生健康局核酸检测设备采购项目

其他未中标原因

1. 最终报价：

排序	供应商名称	最终报价（元）
1	烟台宏途医疗器械孵化器有限公司	1579600.00
2	山东康昕商贸有限公司	1588800.00
3	烟台乾能商贸有限公司	1589900.00

2. 未中标原因：

（1）潍坊鸿慈同康经贸有限公司电子响应文件荧光定量 PCR 技术参数中“CMOS 成像，数据同时采集，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差”未做出实质性响应；依据招标文件 P18 页 22.（7）未全部响应谈判文件规定的实质性要求的；

3. 其他说明：

本项目于 2021 年 10 月 20 日在“烟台市公共资源政府采购网上开评标系统”中发布的“评标结果宣布”内容有误，因系统原因，报告一经上传无法修改。给各位供应商造成的误解敬请谅解，现将评标结果内容做此更正（详见下附表）：

注：若此次发布的内容与“烟台市公共资源政府采购网上开评标系统”中发布的结果不一致，以此次内容为准。

2021-10-21

附表 1:

评标结果宣布

项目名称：龙口市卫生健康局核酸检测设备采购项目

本项目于 2021 年 10 月 14 日在山东省政府采购网、中国政府采购网、烟台公共资源交易平台、中国招标投标公共服务平台同时发布谈判公告。2021 年 10 月 20 日在烟台市公共资源交易中心龙口分中心开标三室对龙口市卫生健康局核酸检测设备采购项目进行开标评标会议。供应商共 4 家，分别为烟台宏途医疗器械孵化器有限公司、烟台乾能商贸有限公司、山东康昕商贸有限公司、潍坊鸿慈同康经贸有限公司。

项目内容：本项目为龙口市卫生健康局核酸检测设备采购项目，共分为一个包，本包采购预算 160 万元人民币。

项目编号：SDGP370681202102000289，采购人：龙口市卫生健康局，代理公司：烟台骏丰工程项目管理有限公司。

谈判小组成员于 2021 年 10 月 20 日 8:00 从山东省政府采购评审专家抽取系统中抽取了两位专家评委，分别是：烟台业达医院杨伟永、龙口市中医医院于丽，采购人评委：龙口市卫生健康局王晓红，组长：杨伟永。

谈判组成员认真学习谈判文件，并依据谈判文件的要求，首先对供应商资格进行审查，经审查烟台宏途医疗器械孵化器有限公司、烟台乾能商贸有限公司、山东康昕商贸有限公司、潍坊鸿慈同康经贸有限公司均符合谈判文件资格要求，评标委员会成员对通过审查的供应商进行商务评审。

潍坊鸿慈同康经贸有限公司电子响应文件荧光定量 PCR 技术参数中“CMOS 成像，数据同时采集，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差”未做出实质性响应；依据招标文件 P18 页 22.（7）未全部响应谈判文件规定的实质性要求的；不得进入具体谈判程序。谈判小组成员对通过审查的供应商进行价格评审。

各供应商最终报价：1、烟台宏途医疗器械孵化器有限公司最终报价 1579600.00 元；2、烟台乾能商贸有限公司最终报价 1589900.00 元；3、山东康昕商贸有限公司最终报价 1588800.00 元。

最终确定本项目成交供应商为：烟台宏途医疗器械孵化器有限公司。