

# 政府采购项目 采 购 需 求

项目名称：龙口市工业和信息化局非冷链集中监管仓防护、消毒等防疫物资采购项目

采购单位：龙口市工业和信息化局

编制单位：烟台骏丰工程项目管理有限公司

编制时间：2022 年 8 月 9 日

## 一、需求调查情况

### （一）是否开展需求调查

否

### （二）需求调查方式

无

### （三）需求调查对象

无

### （四）需求调查结果

#### 1. 相关产业发展情况

/

#### 2. 市场供给情况

/

#### 3. 同类采购项目历史成交信息

/

#### 4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

/

#### 5. 其他相关情况

/

## 二、需求清单

### （一）项目概况

龙口市工业和信息化局非冷链集中监管仓防护、消毒等防疫物资采购项目。

### （二）采购项目预算

总预算：96.075万元， 共分一个包。

### （三）技术要求

采购标的具体情况

序号	货物及部件 名称	型号规格及主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	医用垃圾桶 100L	容量为 100L 脚踏式垃圾桶，带脚轮，整体为黄色，外表面印制有医疗废物 警示标识	个	10	260	2600
2	医用垃圾桶 50L	容量为 50L 脚踏式垃圾桶，整体为黄色，外表面印制有医疗废物警示标识.	个	5	90	450
3	医疗垃圾车	容量 660L,全新材料生产，外表面印制有医疗废物警示标识，大约尺寸：长 度 1350mm*宽度 780mm*高度 1200mm。	个	2	1500	3000
4	紫外线消毒 灯	电源电压： 220V± 10% 50HZ;  辐射紫外线波长：253.7nm ；  紫外线灯管功率：30W*2 ；  辐射度：单管≥107uw/cm2， 双管≥214uw/cm2 ，使用时可使用单灯或者	台	5	460	2300

		<p>双灯，可自由选择；灯管可调整角度：0-180 度；</p> <p>消毒时间自控范围：0-120 分钟；</p> <p>万向轮 4 个，带 360 度车轮；</p> <p>箱体材质：铁皮喷塑；灯臂为铝合金材质，底盘一体冲压成型。</p>				
5	水银温度计	普通腋下水银体温计	个	5	8	40
6	医用一次性 防护服（ <b>核 心产品</b> ）	<p>1、执行标准：《医用一次性防护服技术要求》（GB19082-2009 号）产品技术要求。</p> <p>2、防护服应干燥、清洁、无霉斑、表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷；防护服连接部位应采用针缝、粘合或热合等加工方式；</p> <p>3、针缝的针眼应密封处理，针距每 3cm 应为 8 针-14 针，线迹应均匀、平直，不得有跳针；</p> <p>4、粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡；</p>	件	9360	45	421200

	<p>5、防护服拉链不能外露，拉头应能自锁，采用双门襟带颈贴；</p> <p>6、防护服为连体式结构，由连帽上衣、裤子组成，不连脚；</p> <p>7、防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密；</p> <p>8、袖口、脚踝口、帽子面部收口及腰部采用弹性收口；</p> <p>9、防护服关键部位静水压应不低于 1.67kPa；</p> <p>10、防护服材料透湿量应不小于 2500g/（m²·d）；</p> <p>11、防护服抗合成血液穿透性应不小于表 2 中 2 级的要求；</p> <p>12、防护服外侧面沾水等级应不低于表 2 中 3 级的要求；</p> <p>表 2 抗合成血液、沾水穿透性分级</p> <table><tr><th>级别</th><th>压强值 KPa</th></tr><tr><td>6</td><td>20</td></tr><tr><td>5</td><td>14</td></tr></table>	级别	压强值 KPa	6	20	5	14				
级别	压强值 KPa										
6	20										
5	14										

		<table><tr><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>3</td><td>3.5</td></tr><tr><td>2</td><td>1.75</td></tr><tr><td>1</td><td>0<sup>a</sup></td></tr><tr><td colspan="2">a 表示材料所受的压强仅为试验槽中的合成血液所产生的压强。</td></tr></table>	4	7	3	3.5	2	1.75	1	0 <sup>a</sup>	a 表示材料所受的压强仅为试验槽中的合成血液所产生的压强。					
4	7															
3	3.5															
2	1.75															
1	0 <sup>a</sup>															
a 表示材料所受的压强仅为试验槽中的合成血液所产生的压强。																
<p>13、防护服关键部位材料的断裂强力应不小于 45N；</p> <p>14、防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于 15%；</p> <p>15、防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于 70%；</p> <p>16、防护服的带电量应不大于 0.6μC/件；</p> <p>17、防护服材料静电衰减时间不超过 0.5s。</p> <p>18、180 尺码、185 尺码供货比例≥80%，其余 20%应提供≥185 尺码的防</p>																

		护服。无菌提供。				
7	医用防护口 罩	<p>执行标准：GB19083-2010《医用一次性防护口罩技术要求》标准要求</p> <p>型号：头戴式</p> <p>结构组成：产品由无纺布、滤材、口罩带与鼻夹组成。口罩体的底层、面层采用无纺布；中间层为聚丙烯熔喷布，要求五层，可起到过滤空气中的微粒、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物的作用。</p> <p>4、灭菌：经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应<math>\leq 10\mu\text{g/g}</math>。</p> <p>5、包装：单只单独包装，</p> <p>6、效期：有效期<math>\geq 2</math> 年</p>	只	9360	5.5	51480
8	医用外科口 罩	<p>1、符合医药行业标准：YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》</p> <p>2、型号：平面型、耳挂式</p> <p>3、结构组成：由口罩体、鼻夹和口罩带组成，其中口罩体由三层组成，内层</p>	只	1584 0	0.5	7920

		<p>为聚丙烯纺粘无纺布，中间过滤层为聚丙烯熔喷无纺布，外层为聚丙烯纺粘无纺布；鼻夹为可塑性材料，口罩带为涤纶和氨纶材质制成。供临床医务人员在有创操作过程中佩戴。</p> <p>4、灭菌：经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应<math>\leq 10\mu\text{g/g}</math>。</p> <p>5、包装：单只单独包装；</p> <p>6、效期：有效期<math>\geq 2</math> 年。</p>				
9	一次性帽子	执行标准：YY/T1642-2019《一次性使用医用帽子》	个	9360	0.55	5148



10	一次性隔离面罩	<p>组成：防护罩、泡沫条和固定装置，材质：高分子材料，性能：非无菌。</p> <p>1.产品型号：头戴式，主要有 PET 防护片、支撑海绵、松紧带组成；</p> <p>2.规格要求：防护片：32*22cm、支撑海绵：25*3.5*3.5cm、松紧带：32*1.5cm。</p> <p>3.材料：防护罩采用符合 GB1593-1995 规定的聚氯乙烯（PVC）和符合 GB/T12670-2008 规定的聚丙烯（PP）树脂制成，亲肤海绵采用食品级海绵，固定装置采用 13mm 双固定伸缩调节橡筋带，可固定于脑后和颈部。</p> <p>厚度应在 18 丝-30 丝；成品重量应不高于 400g；</p> <p>4.外观：防护片表面应光洁，无明显划痕。支撑海绵表面光洁，无杂质异物。</p> <p>松紧带表面光洁，无杂质异物。薄膜保护层带有辅助易撕贴。</p> <p>性能：松紧带在装配后应能耐受 10N 的水平净拉力而不得出现断裂、开脱现象，防护片应有良好的耐弯曲性能，防护片应有良好的防雾性能。</p>	个	9360	4.5	42120
----	---------	---	---	------	-----	-------

11	防水密封鞋套	脚底材质为 PVC 防滑底面。脚踝处有橡筋收紧，脚口采用优质弹性橡胶筋收紧。高度 60CM	双	9360	12	112320
12	一次性乳胶手套	超强弹性，厚实耐用	副	9360	10	93600
13	医用外科手套（无粉）	1、GB7543-2006《一次性使用灭菌橡胶外科手套》； 光面无粉，规格： 7.5。 2、外观： 一次性使用灭菌橡胶外科手套外观应无污渍、破损，卷边应完整。 3、一次性使用灭菌橡胶外科手套的厚度光面应不低于 0.10mm。 4、不透水性:一次性使用灭菌橡胶外科手套应不透水。 5、老化前扯断力应不低于 13N； 老化前的扯断伸长率应 不小于 700%； 老化前 300%定伸负荷应不大于 2.0N。	副	9360	2.6	24336
14	医用垃圾袋带扎口条	黄色，聚丙烯材质，表面印有医疗废物警示标识。垃圾袋容量 50L，带配套扎口条	个	720	0.8	576

15	医用垃圾袋 带扎口条	垃圾袋颜色为黄色，聚丙烯材质，表面印有医疗废物警示标识。垃圾袋容量100L，带配套扎口条	个	3600	1.2	4320
16	84 消毒液	有效成分为次氯酸钠，有效氯含量为 3.7%-4.99% (W/V)。每瓶容量为500ml/瓶	瓶	9000	2.5	22500
17	有效氯浓度 检测试纸	适用于检测各种含氯消毒液中有效氯的浓度，检测范围是 0-2000mg/kg，20 本/盒	份	1080	3	3240
18	紫外线强度 指示卡	适用于杀菌紫外线灯辐照强度监测，100 片/盒	盒	12	150	1800
19	75%医用酒 精或醇类免 洗手消毒液	1、容量：500ml 2、成分：以乙醇为主要有效成分，乙醇含量为 75%±5% (W/V) 或乙醇含量为 75%-85% (V/V)。 3、型号：喷雾型	瓶	300	15	4500

		4、使用范围：适用于外科手消毒和卫生手消毒。				
20	含氯消毒片	有效氯含量 > 45%,1 克/片, 100 片/瓶。	瓶	5400	25	135000
21	余氯试纸	检测范围：0mg/L-10mg/L; 50 片/瓶	份	200	65	13000
22	额温枪	测量方式：非接触式；测温部位：额头表面；记忆功能：≥32 组；测量范围： 32°C-42°C (±0.2°C)	台	2	150	300
23	消毒粉	要成份及含量：二氯异氰尿酸钠，有效氯含量为 9%-11%。每袋/500g	袋	600	15	9000

注：

（1）以上参数仅供参考，投标人可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写技术规范偏离表。

（2）样品要求：

样品数量：参加本项目的供应商须在开标当天将符合本次采购要求的医用一次性防护服、医用防护口罩、医用外科口罩、一次性帽子、一次性隔离面罩、防水密封鞋套、一次性长乳胶手套、医用外科手套（无粉）、84 消毒液、有效氯浓度检测试纸、紫外线强度指示卡、75%医用酒精或醇类免洗手消毒液、含氯消毒片、余氯试纸、额温枪、消毒粉各一袋（个/瓶/只/件/台/份/副），缺一不可；送至烟台市公共资源交易中心龙口分中心（龙口市绛水河东路 4 号）。各供应商须提供符合本项目采购要求的样品。将所要求的所有样品封装放至一个盒中送至指定地点。

样品要求：各供应商须提供符合本项目采购要求的样品，未按采购文件要求提供样品或所提供的样品不符合采购文件技术参数要求，未通过评审的。采购人有权取消其报价资格。未中标的供应商的样品由供应商自行带回。成交供应商的样品由采购人带回封存。如签订合同后所供产品未达到采购文件技术参数要求或低于参加谈判时样品的质量、参数。采购人有权拒收其所供货物。直至调换至符合要求的产品。由此产生的费用由供应商自行承担。

递交方式：样品须现场递交，不接受快递邮寄形式（逾期送达的或者未送达指定地点的不予接受）。

（3）供货清单不得变更，按要求填写供货范围明细表。

（4）本项目不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（5）招标人购买的产品如属于最新一期《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》中强制采购节能环保产品范围的，投标人须提供所投产品的节能环保产品认证证书复印件（认证证书须为国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内），否则否决其投标。

（6）本项目所采购的货物必须由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商做出要求。

#### （四）商务要求

##### 1、需实现的功能或者目标

龙口市工业和信息化局非冷链集中监管仓防护、消毒等防疫物资采购项目。

##### 2、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

符合国家、山东省、烟台市、龙口市现行有关规定。

##### 3、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合国家、山东省、烟台市、龙口市现行有关规定。

##### 4、需满足的采购政策需求

4.1 根据 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和龙财采〔2022〕9号，本项目专门面向中小企业采购，如供应商为非中小企业，其投标无效。供应商根据划分标准中对“工业”的划分标准进行判定。

4.2 若供应商为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、

微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在投标价格评审中给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标时须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则评审时不予承认。

4.3 若供应商为残疾人福利性单位，按照财政部、民政部和中国残疾人联合会发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位在投标价格评审中给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》原件，否则评审时不予承认。

## 5、项目实施时间及地点

5.1 供货期：自接到采购人通知后须在 3 个日历天内将物资保质、保量送至采购人指定地点进行存储，若不符合供货期的将否决其成交资格，按成交候选人名单顺序确认下一候选人为成交供应商或重新组织采购。（供应商可提供更快的供货期）。

5.2 质保期：供货完毕并验收合格后一年（供应商可自报更优惠的质保期）。

5.3 交付地点：采购人指定地点。

5.4 合同签订生效且具备实施条件后五个工作日内支付合同价款 30%作为预付款，货物供货安装完毕并运行三个月经验收合格后无质量或技术问题，支付至合同价款的 90%，质量保证期满后付清余款（无息）。

## 6、需满足的服务标准、期限、效率等要求

6.1 服务标准：及时响应采购人提出的要求。

## 三、论证意见

无。

## 四、公示时间

本项目采购需求公示期限为 3 天：自 2022 年 8 月 9 日起至 2022 年 8 月 12 日止。

#### 五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并于 2022 年 8 月 13 日前将书面意见反馈至采购人或采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满 5 个工作日内予以处理。

采购人或采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

#### 六、项目联系方式

采购单位：龙口市工业和信息化局

地址：龙口市港城大道 1001 号

联系人：宋世健

联系方式：0535-8501996

采购代理机构：烟台骏丰工程项目管理有限公司

地址：龙口市黄城锦里七号七区北临街 20-3-102（新民学校对面）

联系人：韩颖超

联系方式：0535-2765596