

烟台市中心血站单一来源论证报告

一、项目名称：烟台市中心血站核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）采购

二、采购预算：190 万元

三、论证地点：烟台市莱山区迎春大街 171 号润华大厦
2 号楼 24 层 2401 室

四、论证专家：

序号	专家姓名	单位
1	于明涛	烟台山医院
2	姚美丽	烟台毓璜顶医院
3	王艳娜	烟台市奇山医院

五、论证意见：

论证现场，评委就本项目的采购需求内容的完整性、内容描述准确性标准规范性和政策体现方面进行论证。评委一致认为本项目只能从唯一供应商处进行采购。建议本项目采用单一来源采购方式进行采购。

专家签字：



2024年 8 月 12 日

论证专家登记表

姓名	单位	职称	单位电话	手机
王德明	烟台市福山区	主任医师		
王德明	烟台市福山区	副主任医师		
王德明	烟台市福山区	主任医师		

单一来源专家论证意见表

专家姓名	于晓涛	职称	高工
联系电话		身份证号	
工作单位	烟台市莱阳中心医院		
采购项目名称	核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）采购		
供应商名称	青岛英力医疗设备有限公司		
专家论证意见	<p>提出单一来源供应商的理由：</p> <p>核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）是罗氏COBAS201系统用于检测血浆中乙肝病毒、丙肝病毒、人类免疫缺陷病毒的重要的、非开放的检测试剂盒，其他品牌试剂盒无法用于该仪器，为保证检测参数的一致性、完整性以及输血安全，建议采购原装试剂。</p>		
	<p>专家签字：</p> <p>于晓涛</p> <p>2014年8月12日</p>		

单一来源专家论证意见表

专家姓名	姚美丽	职称	高工
联系电话		身份证号	
工作单位	烟台市疾病预防控制中心		
采购项目名称	核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）采购		
供应商名称	青岛英力医疗设备有限公司		
	提出单一来源供应商的理由：		
专家论证意见	<p>烟台市疾病预防控制中心检测使用设备为罗氏 COBAS S201 系统。该设备完全使用罗氏检测试剂盒不开药。检测时需试剂、试剂及耗材配套齐全。其他品牌试剂规格而无匹配。为保证设备正常使用。建议采购罗氏核酸检测试剂盒。青岛英力医疗设备有限公司</p> <p>专家签字：其唯一代理高。建议单一来源采购</p> <p>姚美丽</p> <p>2014 年 8 月 12 日</p>		

单一来源专家论证意见表

专家姓名	孙永平	职称	副主任医师
联系电话		身份证号	
工作单位	烟台市莱山区医院		
采购项目名称	核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）采购		
供应商名称	青岛英力医疗设备有限公司		
专家论证意见	提出单一来源供应商的理由： 1. 本流为封闭系统（罗氏） 2. 专用配套试剂可以满足检测时识别试剂及自带的条形码。 3. 此试剂可以匹配系统的一致性，完整匹配也需要购买配套的进口试剂，专用。		
	专家签字： 孙永平 2024年 8月12 日		

王艳娜

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：王艳娜

性 别：女

从事专业：A31内科护理

系列（专业）名称：卫生技术

资格名称：主任护师

评审时间：2020年12月21日

评审委员会：山东省卫生技术职务资格高级评审委员会

身份证号：

证书编号：鲁200002115100486

公布文号：鲁卫人才字〔2021〕2号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：560TGAP4



核准公布部门（章）

公布时间：2021年01月20日



于明涛

姓 名: 于明涛

性 别: 男

出生年月:

工作单位: 烟台市烟台山医院

现从事专业: 医疗器械维修

原专业技术

职务资格: 助理工程师

现专业技术

职务资格: 工程师

资格证书编号: 20150000510



评审时间: 2015年09月25日

公布时间: 2015年12月30日
(生效时间)

公布文号:
烟人社办发(2015) 56号

姚美丽

姓 名	姚美丽
性 别	女
出生年月	
工作单位	烟台毓璜顶医院
现从事专业	医疗器械维修
原专业技术 职务(职称)	工程师
现 评 审 (确定)资格	高级工程师

评审组织 (章)
(确定单位)
评审委员会

评审(确定)时间:
2004年10月26日