

海阳市人民医院超高端全身彩色多普勒超声诊断仪采购

SDGP370687000202602000076

更正文件

各投标人：

现对海阳市人民医院超高端全身彩色多普勒超声诊断仪采购（项目编号：SDGP370687000202602000076）采购文件中的部分内容，作出如下调整与说明：

一、内容调整

原招标文件第 18 页“4.4 探头规格及参数 ▲4.4.6 配置 5 把探头，频率自行描述。腹部凸阵探头、血管线阵探头、超高频线阵探头、相控阵心脏探头、经食道单晶体容积探头。”

现调整为：“4.4 探头规格及参数 ▲4.4.6 配置 6 把探头，频率自行描述。腹部凸阵探头、血管线阵探头、超高频线阵探头、相控阵心脏探头、宽频经阴直腔内探头、经食道单晶体容积探头。”。

二、其他说明

1.本更正文件未涉及的其他条款及内容，均按原招标文件执行。

海阳市人民医院

山东启海项目管理有限公司

2026.8.17